

分析报告单

检验专用章
(1)

品名: 苯酚红
批号: 20140402
级别: 指示剂
检验依据: HG/T 4100-2009
分子式: $C_{19}H_{14}O_5S$
分子量: 354.38
检验日期: 2014-04-02

检 验 项 目	指 标	检 验 结 果
pH变色域	1.2(橙)~3.0(黄)	合格
pH变色域	6.5(棕黄)~8.0(紫红)	合格
最大吸收波长, nm		
λ_1 (pH1.2)	503~506	合格
λ_2 (pH3.0)	430~435	合格
λ_3 (pH6.5)	430~435	合格
λ_4 (pH8.0)	557~560	合格
质量吸收系数 α (L/cm·g)		
α_1 (λ_1 , pH1.2, 干样)	110~123	合格
α_2 (λ_2 , pH3.0, 干样)	60~68	合格
α_3 (λ_3 , pH6.5, 干样)	62~72	合格
α_4 (λ_4 , pH8.0, 干样)	115~130	合格
碱溶解试验	合格	合格
干燥失重	$\leq 1.0\%$	$< 1.0\%$
灼烧残渣(以硫酸盐计)	$\leq 0.2\%$	$< 0.2\%$

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 李利飞