



品 名: 氯化铵
批 号: 20200111
级 别: 分析纯
检验依据: GB/T 658-2006
分 子 式: NH_4Cl
分 子 量: 53.49
检验日期: 2020-01-11

检验项目	指标	检验结果
含量(NH_4Cl), %	≥ 99.5	99.9
pH值(50g/L;25 $^{\circ}\text{C}$)	4.5~5.5	合格
澄 清 度 试 验, 号	≤ 3	<3
水不溶物, %	≤ 0.005	<0.005
灼烧残渣(以硫酸盐计), %	≤ 0.02	<0.02
硫酸盐(SO_4), %	≤ 0.005	<0.005
磷酸盐(PO_4), %	≤ 0.0005	<0.0005
钠(Na), %	≤ 0.005	<0.005
镁(Mg), %	≤ 0.001	<0.001
钾(K), %	≤ 0.005	<0.005
钙(Ca), %	≤ 0.001	<0.001
铁(Fe), %	≤ 0.0005	<0.0005
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 658-2006 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注：

签发人： 张志斌

复核人： 郑玲花

检验人： 黄小蔓