



品 名： 氟化氢铵
批 号： 20210321
级 别： 分析纯
检验依据： GB/T 1278-1994
分 子 式： $\text{NH}_4 \text{HF}_2$
分 子 量： 57.04
检验日期： 2021-03-21

检验项目	指标	检验结果
含量($\text{NH}_4 \text{HF}_2$) , %	≥ 98.0	98.8
灼烧残渣(以硫酸盐计) , %	≤ 0.01	<0.01
氯化物(Cl) , %	≤ 0.001	<0.001
硫酸盐(SO_4) , %	≤ 0.005	<0.005
氟硅酸盐(以 SiF_6 计) , %	≤ 0.2	<0.2
铁(Fe) , %	≤ 0.001	<0.001
重金属(以Pb计) , %	≤ 0.002	<0.002
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 1278-1994 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 林璇