



品 名： 溴百里香酚蓝
批 号： 20210312
级 别： 指示剂
检验依据： HG/T 4010-2008
分 子 式： $C_{27}H_{30}O_5S$
分 子 量： 466.59
检验日期： 2021-03-12

检验项目	指标	检验结果
pH变色域	1.2(红)~2.8(黄)	合格
--	8.0(黄)~9.6(蓝)	合格
质量吸收系数, L/(cm·g)	≥71.0	>71.0
乙醇溶解试验	合格	合格
灼烧残渣(以硫酸盐计), %	≤0.2	<0.2
以下空白		

结论： 本品按 HG/T 4010-2008 检验,结果符合 指示剂 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 林璇