



品名: 氯化钠
批号: 20241121
级别: 优级纯
检验依据: GB/T 1266-2006
分子式: NaCl
分子量: 58.44
生产日期: 2024-11-21

检验项目	指标	检验结果
含量(NaCl), %	≥ 99.8	99.8
pH值(50g/L; 25°C)	5.0~8.0	合格
澄清度试验, 号	≤ 2	< 2
水不溶物, %	≤ 0.003	< 0.003
干燥失量, %	≤ 0.2	< 0.2
碘化物(I), %	≤ 0.001	< 0.001
溴化物(Br), %	≤ 0.005	< 0.005
硫酸盐(SO ₄), %	≤ 0.001	< 0.001
总氮量(N), %	≤ 0.0005	< 0.0005
磷酸盐(PO ₄), %	≤ 0.0005	< 0.0005
砷(As), %	≤ 0.00002	< 0.00002
镁(Mg), %	≤ 0.001	< 0.001
钾(K), %	≤ 0.01	< 0.01
钙(Ca), %	≤ 0.002	< 0.002
六氰合铁(II)酸盐〔以Fe(CN) ₆ 计〕, %	≤ 0.0001	< 0.0001
铁(Fe), %	≤ 0.0001	< 0.0001
钡(Ba), %	≤ 0.001	< 0.001
重金属(以Pb计), %	≤ 0.0005	< 0.0005
氟化物(F), %	≤ 0.001	< 0.001
镍(Ni), %	≤ 0.0001	< 0.0001
铜(Cu), %	≤ 0.00003	< 0.00003
碘化钠(NaI), %	≤ 0.1	< 0.1
卤化物(溴化物、碘化物、氟化物, 除氯化物外), %	≤ 0.05	< 0.05
抗凝剂	不得检出	未检出
总杂质, %	≤ 0.3	< 0.3

结论: 本品按GB/T 1266-2006检验, 结果符合优级纯规定。

备注:

签发人: 张林锋

复核人: 李利飞

检验人: 赵秋生