



品名: 氯化铵
批号: 20241114
级别: 分析纯
检验依据: GB/T 658-2006
分子式: NH_4Cl
分子量: 53.49
生产日期: 2024-11-14

检验项目	指标	检验结果
含量(NH_4Cl), %	≥ 99.5	99.8
pH值(50g/L; 25°C)	4.5~5.5	合格
澄清度试验, 号	≤ 3	<3
水不溶物, %	≤ 0.005	<0.005
灼烧残渣(以硫酸盐计), %	≤ 0.02	<0.02
硫酸盐(SO_4), %	≤ 0.005	<0.005
磷酸盐(PO_4), %	≤ 0.0005	<0.0005
钠(Na), %	≤ 0.005	<0.005
镁(Mg), %	≤ 0.001	<0.001
钾(K), %	≤ 0.005	<0.005
钙(Ca), %	≤ 0.001	<0.001
铁(Fe), %	≤ 0.0005	<0.0005
以下空白		

结论: 本品按GB/T 658-2006检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张林锋

复核人: 李利飞

检验人: 赵纯