



品 名:	二水合氯化钙
批 号:	20250706
级 别:	分析纯
检验依据:	Q/GHKJ 54-2017
分 子 式:	$\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
分 子 量:	147.01
生产日期:	2025-07-06

检验项目	指标	检验结果
含量($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), %	≥ 98.0	99.2
pH值(50g/L; 25℃)	5~9	合格
硫酸盐(SO_4), %	≤ 0.01	< 0.01
钠(Na), %	≤ 0.01	< 0.01
镁(Mg), %	≤ 0.01	< 0.01
钾(K), %	≤ 0.01	< 0.01
铁(Fe), %	≤ 0.002	< 0.002
锶(Sr), %	≤ 0.05	< 0.05
钡(Ba), %	≤ 0.005	< 0.005
以下空白		

结论: 本品按Q/GHKJ 54-2017检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张林锋	复核人: 李利飞	检验人: 吴晓蝶
----------	----------	----------