



品 名:	溴百里香酚蓝
批 号:	20251213
级 别:	指示剂
检验依据:	HG/T 4012-2008
分 子 式:	$C_{27}H_{28}O_5Br_2S$
分 子 量:	624.39
生产日期:	2025-12-13

检验项目	指标	检验结果
pH变色域	6.0(黄)~7.6(蓝)	合格
质量吸收系数, L/(cm·g)	≥52.0	>52.0
乙醇溶解试验	合格	合格
灼烧残渣(以硫酸盐计), %	≤0.3	<0.3
以下空白		

结论: 本品按HG/T 4012-2008检验, 结果符合指示剂规定。

备注:

签发人: 洪朝辉	复核人: 李利飞	检验人: 陈焕裕
----------	----------	----------